メディテック株式会社

保証書付
保管用

# つぼ押しマッサージャー

いちご・バナナ

**MT-001**

## 取扱説明書



お買上げ頂き誠に有難う御座います。
ご使用頂く前にこの「取扱説明書」を良くお読み頂き正しくご使用下さい。
この取扱い説明書は必ず保管して下さい。


- 安全上の注意
- 各部の名称
- ご使用の前に
- 使い方
- 電池の交換方法
- お手入れと保管
- 故障かなと思ったら
- 仕　　様
- 保障と
  アフターサービス
- 保証書


## 安全上の注意

●ご使用頂く前には、この「安全上の注意を良くお読みになって、正しくお使い下さい。
●本取扱説明書内に示した注意事項は、本製品を正しく安全にお使い頂き、ご使用者本人や他の方々への危害や損害を未然に防止する為のものです。また注意事項は、危害や損害の大きさや、その度合を明示する為に間違ったご使用をすると生じる事が想定されます内容を「警告」、「注意」に区分しています。

**いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。**

**⚠警告** **人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容**

**⚠注意** **人が傷害を負う可能性及び、物的損害の発生が想定される内容**

◎表示記号の意味

⚠「警告」・「注意」を促す事項を表します

⃠ 一般的な「禁止」行為である事を表します

❗「必ず実行して欲しい行為」を表します

| ⚠警告 | |
|---|---|
| ⃠ | ●下記に該当される方は使用しないでください。事故や体調不良を起こす原因になる場合が有ります。<br>・医師からマッサージを禁じられている人(血栓「塞」、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮下組織炎症を含む皮膚感染症等)　・酒気を帯びている人　・幼児や自分の自己表示が不可能な人　・身体の不自由な人。<br>●下記に該当される方は必ず医師と相談の上ご使用ください。事故や体調不良を起こす原因となります。<br>・妊娠による不安定期又は出産直後の人　・安静を必要とする人　・ペースメーカー等電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電子機器を使用している人　・糖尿病等による高度な末梢循環障害による知覚障害のある人　・皮膚に創傷のある人　・体温 38 度以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動等の急性炎症症状の強い時期や衰弱している時等)　・骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性「疼痛性」疾患の人　・急性疾患の人<br>・背骨に異常が有る人、曲がっている人　・悪性腫瘍の有る人　・心臓に障害のある人　・脚部に重度の血行障害のある人　・その他医師の治療を受けている人や、特に身体に異常を感じている人　・知的障害のある人　・温度感覚喪失が認められる人 |

| | |
|---|---|
| ⃠ | ●使用しても効果が現れない場合、医師又は専門家に相談してください。<br>●お子様に使わせないでください。事故やケガ、故障の原因となります。<br>●布団の中や毛布、電熱器具をかぶせての使用はおやめ下さい。発火やケガの恐れがあります。<br>●単 3 乾電池 1.5V 以外は使用しないでください。火災･感電の原因となります。<br>●電源スイッチが破損したりした場合は使用しないでください。 電源スイッチが破損した場合は、お買上げの販売店に御相談ください。<br>●絶対に分解や修理、改造をしないでください。感電、発火、や異常動作をしてケガをする恐れが有ります。<br>●感電、発火、ケガの原因になりますので、製品を廃棄するとき以外は分解しないでください。 |
| ❗ | ●一度のご使用は 20 分以内に！！同一箇所への連続使用時間は 5 分以内にしてください。<br>●作動しなくなったり、異常を感じた時は使用を中止し電源をお切りください。感電、発火の原因となる可能性が有ります。<br>●使用中、体に異常を感じた時は直ちに使用を中止し、医師に相談してください。事故や体調不良を起こす恐れがあります。 |

| ⚠注意 | |
|---|---|
| ⃠ | ●頭部、ヒジ、ヒザ等の骨部や顔･腹部、又は皮膚の弱い部分には使用しないでください。怪我や体調不良の原因になります。<br>●マッサージ以外の目的には使用しない。 故障や事故の原因となります。<br>●他の治療器具と同時に使用しないでください。体調不良の原因となる恐れがあります。<br>●水場（浴室等湿気の多い場所）では使用しないでください。 感電事故や故障の原因になります。<br>●落下させたり踏んだり強い衝撃を与えないでください。感電やショート、故障の原因になります。<br>●食前食後の 1 時間以内は使用しないでください。体調不良の原因となります。<br>●高温の物やストーブ等火気の近くでは使用しないでください。変形や故障の原因、発火による火災の恐れが有ります。<br>●全ての操作（電池出し入れ等含む）は濡れた手で行わないでください。感電や怪我をする恐れがあります。 |
| ❗ | ●お手入れの際は必ず乾電池を抜いて下さい。 感電や怪我の恐れがあります。<br>●使用時以外は乾電池を抜いてください。<br>●本品は手に持ってご使用頂く事を意図として作っています。必ず手に持ってご使用ください。 |

| ⚠警告 | |
|---|---|
| ❗ | ●万一、電池の液が目に入ったときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の診察・治療を受けてください。<br>●万一、電池の液が皮膚や衣服についたときは、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。<br>●電池の極性（＋・－）を正しく入れてください。液漏れ、破裂、発熱などが発生し、ケガや火災の原因になります。必ず指定の電池を使用し、同一ブランドの新品の電池と交換してください。また、長期間（80 日以上）使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。液漏れ、破裂などが発生し、故障の原因になります。<br>●電池を廃棄する際はお住まいの地方自治体の取り決めに従ってください。 |

【禁忌 ・ 禁止】
次の人は使用しないで下さい。　医師よりマッサージを禁じられている人
例：血栓〔塞栓〕症､重度の動脈瘤､急性静脈瘤､各種皮膚炎､皮膚感染症（皮膚組織の炎症も含む）等

## 各部の名称

## ご使用の前に

●スイッチが正常に作動するか確認下さい。振動ヘッドや本体にヒビや､がたつきがないか確認してください。
また､ご使用にあたっては取扱説明書の注意事項等を良く確認して下さい。
●施療部にヒビや破れ等があったときは使用しないでください。

## 使い方

①スイッチが「OFF」になっているのを確認して電池を入れる。
②スイッチを「ON」にすると振動動作が行われる。

⚠ 一箇所への連続使用は５分として下さい。また、一回の使用は 20 分までとし、一日一回の使用までとして下さい。

③スイッチを「OFF」に戻す。

## 電池の交換方法

● 電池ケース内部の図に従って電池の極性を確認して、確実にセットしてください。

## お手入れと保管

● ぬるま湯で薄めた少量の中性洗剤を柔らかい布にひたし､良く絞って汚れをふき取ってください。そのあと、水をひたした布を良く絞ってふき、乾いた布で軽くふいてください。
● シンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しないでください。変色、変形の原因になります。
● 汚れやホコリを取った後、湿気の少ないところに保管してください。
● しばらくご使用にならないときはホコリがつかないようにカバーなどをかけ､保管してください。
● 本体が正常に動作するか定期的（月一回）に点検してください。

⚠ 環境保護のため、本製品を廃棄する際はそのまま放置しないで、電池を取り外しお住まいの地方自治体の取り決めに従って廃棄してください。

## 故障かなと思ったら

機器に故障が発見された場合は、使用をただちに中止し、電源を切り、お買い上げ販売店に修理を依頼してください。
また、絶対に修理・改造は行わないでください。（発火したり異常動作をしてケガをする恐れがあります。）

| 症　　状 | 調べるところ |
|---|---|
| ●マッサージ動作時のモーターの音 | ●構造上のもので機能等に影響はありません |
| ●動作しない | ●電池が消耗していませんか<br>●スイッチが切れていませんか |

## 製品仕様

| | |
|---|---|
| 商品名 | つぼ押しマッサージャー　MT001 |
| 医療機器認証番号 | |
| 一般的名称 | 家庭用電気マッサージ器 |
| 医療機器の区分 | 管理医療機器 |
| 定格電圧 | 1.5V × 2 |
| 定格時間 | 20 分 |
| 回転数 | 4433 回/分 |
| 外形寸法 | 47 × 1.9 × 4.2 cm |
| 重量 | 150 g |
| 材質 | ABS/PVC/スチール |
| 医療機器製造販売業 | メディテック株式会社<br>〒 326-0842　栃木県足利市今福町 907-1 |
| 医療機器製造販売業許可番号 | |

## 保障とアフターサービス

1. この商品の保証書は、下記に添付しております。保証書には必ず「お買上げ年月日」「販売店名」等、所定事項の記入及び記載内容を良くお読みの後、大切に保管して頂くようお願いします。
2. 本商品の保障期間はお買上げ後３ヶ月です。保障期間内に修理を依頼されます時は、本書ご持参の上、お買上げの販売店に修理をご依頼下さい。
3. 保障期間経過後の修理に付きましては、修理によって機能が故障前と変わらず維持出来る場合はお客様のご要望により有料修理いたします。
※不適切なご使用・改造等による故障は保障対象外とさせて頂きます。
4. 当社は補修用性能部品を製造打切り後最低３年間保有しております。
5. 保障期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げ販売店までお問合せ下さい。